

Szczecin, dnia 12.10.2015 r

**Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie poszukuje dostawcy komory z regulacją wilgotności do ujawniania śladów linii papilarnych na dokumentach papierowych metodą ninhydrynową Safedvelop SD-34 S zgodnie z poniższą specyfikacją:
art. 4pkt 8 uPzp**

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość	wartość brutto
1	Zakres temperatury do 100°C (zależnie od profilu) Wilgotność względna do 65% wilg. wzgl. Zasilanie elektryczne 230 V 50 Hz 12 A. Sterowanie: Programowalny regulator temperatury i wilgotności, wyłącznik oświetlenia Półki: 2 perforowane półki Push-Pull™, na szynach ślizgowych Wieszaki: 4 wieszaki ze stali nierdzewnej z 8 klipsami Oświetlenie: 2 pionowe taśmy LED o wysokim natężeniu oświetlenia Sygnalizacja alarmowa: alarm zakończenia cyklu i niskiego poziomu wody Pojemnik na wodę: pojemnik butelkowy z zamknięciem, pojemność 4 litry. Uniwersalny uchwyt do montażu z boku lub w górnej części komory. Obejmuje wszystkie rurki i połączenia szybko rozłączne. Konstrukcja: Przepływ krzyżowy Przestrzeń robocza 464 x 521 x 495 mm Wymiary zewn. (szer. x gł. x wys.) 921 x 648 x 743 mm Wymiary transport. (szer. x gł. x wys.) 1016 x 1219 x 1143 mm Waga netto / brutto: 91 / 111 kg	1 kpl.	
Wartość brutto			

1. Szczegółowe wymagania Zamawiającego zawiera umowa -załącznik do ogłoszenia

I. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 16 października 2015 r. w formie elektronicznej na adres edyta.gebczyk@sc.policja.gov.pl lub papierowej w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na adres:

**Wydział Zaopatrzenia i Inwestycji KWP w Szczecinie
ul. Piotra i Pawła 4/5
70-521 Szczecin**

II. Termin realizacji zamówienia do 15 grudnia 2015 r

III. Zamawiający informuje, iż przy wyborze oferty spełniającej wymagania będzie się kierował następującym kryterium: cena = 100%

ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Zaopatrzenia i Inwestycji
KWP w Szczecinie

Renata Gadomska

Załącznik: wzór umowy

Wyk. 1 egz.

Wysłano pocztą elektroniczną
Podpisany oryginał pozostaje u nadawcy
Opr. E. Gębczyk, Tel 11-449