

Załącznik nr 1 do umowy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Lp.	Przedmiot zamówienia	j.m.	Ilość	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1.	<p>Wielopanelowe urządzenia Oral View do jednorazowego użytku do wykrywania w ślinie środków działających podobnie do alkoholu (narkotesty)</p> <p>1. Urządzenie powinno wykrywać jednocześnie grupy związków maksymalnie do następujących wartości progowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - amfetamina/metamfetamina/extasy 50 ng/mL - benzodiazepina 20 ng/mL - kokaina 20 ng/mL - metadon 20 ng/mL - morfina (opiaty) 40 ng/mL - fencyklidyna 10 ng/mL - THC (marihuana/haszysz) 40 ng/mL <p>2. Urządzenie musi posiadać budowę jednoczęściową z wbudowanym, dopuszczalnie ruchomym elementem, umożliwiającym pobranie próbki śliny, gwarantującym test hermetycznie zamknięty.</p> <p>3. Urządzenie musi być przystosowane do pobrania śliny od kierującego pojazdem i wykonania badania w warunkach nielaboratoryjnych np. w warunkach kontroli drogowej.</p> <p>4. Do pobranych próbek śliny nie mogą być dodawane jakiejkolwiek substancje- zgodnie z zapisem §2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16.07.2014 r. w sprawie wykazu środków działających podobnie do alkoholu oraz warunków i sposobu przeprowadzania badań na ich obecność w organizmie.</p> <p>5. Czas uzyskania wyniku badania (kontroli obecności w ślinie środka działającego podobnie do alkoholu) od momentu pobrania próbki nie może być dłuższy niż 15 minut.</p> <p>6. Wynik badania widoczny na urządzeniu nie może ulegać zmianie w ciągu min. 10 minut od momentu jego uzyskania.</p> <p>7. Wskazywany przez urządzenie wynik badania musi jednoznacznie określać grupę związków wykrytą w ślinie.</p> <p>8. Urządzenia muszą posiadać widoczne i czytelne oznaczenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nazwa urządzenia, - data ważności (na opakowaniu) - numer serii. <p>9. Do każdego urządzenia musi być dołączona instrukcja obsługi w języku polskim oraz jedna para jednorazowych rękawiczek medycznych (lateksowych, nitylowych lub winylowych) w rozmiarze L/XL</p> <p>10. Urządzenia muszą posiadać gwarancję min. 12 miesięcy, termin ważności narkotestera nie może być krótszy niż okres gwarancji.</p> <p>11. Opakowanie urządzenia powinno zapewnić możliwość ponownego włożenia urządzenia już zużytego do opakowania oraz jego zabezpieczenie (np. taśmą klejącą lub struną).</p>	szt.	1500		

.....
Miejscowość, data

.....
Podpis(y) osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
w przypadku oferty wspólnej- podpis pełnomocnika Wykonawcy